

**Polistiren Steril Petri Kabı**

1. Polistirenden yapılmış olmalıdır.
2. 90 x 17 mm standartta olmalıdır.
3. Steril olmalıdır.
4. Ambalajı 700 adet/koli şeklinde olmalıdır.
5. Bakterilerden arındırılmış steril alanda üretildikten sonra Gama sterilizasyon yapılmış olmalıdır.
6. DNase, RNase, pirojen içermediğini belgeleyen test sertifikasına sahip olmalı ve test sertifikası ürünle birlikte alıcıya teslim edilmelidir.