

***Staphylococcus aureus nuc* gene primer, *Staphylococcus aureus* 16S rDNA gene primer, *Staphylococcus aureus mecA* gene primer, *Staphylococcus aureus mecC* gene primerleri**

1. Genomics scala, desalted saflařtırma olmalıdır.
2. Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.
3. Primerlerin optimizasyonu Real time ile yapılmalı, primer efficiency grafiđi çizilip teslim edilmelidir. Teklif veren firma daha önce yaptığı herhangi bir efficiency grafiđini teklif ile sunmalıdır.
4. Primerler, ilgili sentez raporu ile teslim edilmelidir. Sentez raporu üzerinde primere ait scala, oligonucleotide dizilimi, 100 pmol için sulandırma miktarı, Grafiksel sentez görüntüsü, GC, AT konsantrasyonu belirtilmeli ve Tm değeri verilmelidir.
5. Firma, çalışma boyunca ihtiyaç anında teknik destek vermelidir.
6. Primerler daha önce laboratuvarımızda denenmiř ve verimli sonuçlar alınmiř olmalıdır.
7. Primerler çalışmadığı takdirde yenisi ile ücretsiz deđiřtirilmelidir.
8. Primerlerin üreticisine ait ISO 9001, ISO 13485 ve GMP sertifikaları bulunmalı ve firma bunu ibraz etmelidir.