

SYBR GREEN/ROX QPCR MASTER MIX (2X) - - - - -

Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System olmalıdır.

Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

Ürünün reaksiyon sayısı 200 olmalıdır.

Ürün -20°C de saklanmalıdır.

Malzemeler 4 haftada teslim edilecektir aksi durumda sipariş iptal edilecektir.

- *ÇALIŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN TÜM KALEMLERE TEKLİF VERİLMELİDİR..
- * DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER EN GEÇ 4 HAFTA İÇERİSİNDE

TESLİM EDİLMELİDİR.İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUVAR EĞİTİM